

Łódź, dnia 11.06.2026 r.

ATEST Nr 1/06/2026 (WZÓR)
DWUTLENEK WĘGLA SKROPLONY SOdbiorca:
.....
.....Napełniono dn. 08.05.2026
Nr partii: 07.05.2026
Analizowano dn. 08.05.2026**Wyniki analiz:**

OZNACZENIE	WYNIK
Zawartość CO ₂	min. 99,95 % v/v
Zawartość wilgoci	najwyżej 11 ppm v/v
Zawartość tlenu	najwyżej 10 ppm v/v
Zawartość tlenku węgla (CO)	najwyżej 1 ppm v/v
Zawartość tlenków azotu (NO, NO ₂)	najwyżej 1 ppm v/v
Węglowodory lotne (w przel. na CH ₄)	najwyżej 10 ppm v/v
Zawartość siarki całkowitej	najwyżej 0,1 ppm v/v
Pozostałości organiczne nielotne (oleje min.)	najwyżej 1,5 ppm v/v
Siarkowodór, fosfan, arsan	nieobecne
Smak i zapach	lekko kwaśny smak, bez obcego zapachu

Jakość zgodna z PN-C-84909:1997, gatunek N-35.

.....

podpis / data

WZÓR atestu (przykładowy). Atest właściwy wystawiany jest dla konkretnej partii / napełnienia na podstawie analizy producenta gazu.